AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014 - PROCESSO Nº 87/2014 - Objeto: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para uso na Sala de Estabilização do Pronto Atendimento 24 horas, conforme Anexo V do Edital.

Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, o Município de Itapoá torna público, as alterações promovidas no edital de Pregão nº 48/2014, em virtude da solicitação de esclarecimentos apresentada pela empresa: HOMINUM COM. DE PROD. PARA SAÚDE**,** Protocolo nº 3049/2014 e impugnação impetrada pelas empresas: HOSPLIFE LTDA, Protocolo nº 3057/2014 e KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO MÉDICO LTDA, Protocolo nº 3097/2014, julgadas providas, que culminou na presente errata, alterando os seguintes itens:

AONDE CONSTA

7. DO ENVELOPE 1: "PROPOSTA DE PREÇO"

7.5. Certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela ANVISA que será admitido tanto com a apresentação de certificados dos componentes separadamente quanto em conjunto; b) certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. Embalagem com dados de identificação do produto: marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.

7.9. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), podendo ser a cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia do certificado devidamente autenticado, de acordo com os fundamentos dispostos no Inciso VI, Parágrafo 1°, Artigo 4° do Decreto n° 3.029 - de 16.04.1999 e na Lei n°9.782 - de 26.01.1999; O Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle para os produtos importados com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;

DO ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA – PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição	Quant.	Valor Máx. Unitário	Valor Máximo Total
4	Oxímetro de pulso com visor de LCD, indicando a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, a barra gráfica, o horário e o status da bateria. A frequência cardíaca deve estar na faixa de 30 - 250 batimentos por minutos e a saturação de oxigênio na faixa de medição de 35 a 100%. O monitor deve ser portátil,com peso aproximado de 200g. **Alimentação através de pilhas de Litium para maior duração**. Tempo mínimo de funcionamento contínuo mínimo de 50 horas. Alarmes de áudio e tom de pulso audível. Alarmes configuráveis dos valores limites da saturação de oxigênio e da frequência cardíaca. Memória interna para armazenamento dos dados e comunicação com PC através da porta USB. O equipamento deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 sensor de oximetria reutilizável adulto e manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.	3	R$ 1.716,67	R$ 5.150,01
11	Monitor Desfibrilador Bifásico com ecg + desfibrilador bifásico SpO2, Marca passo , Impressora e Pni , que une a mais alta tecnologia e robustez com características avançadas de versatilidade, ergonomia, design, facilidade de uso e mobilidade, que garantem o maior pacote de vantagens em um único aparelho. Apresentar grupos de funções bem definidos e de fácil compreensão. As cores da interface e dos comandos reforçam a usabilidade e destacam as funções importantes. Além disso, uma tela TFT colorida que oferece visualização inteligente e dinâmica, que propicia sempre a leitura mais clara. Fácil operação - padrão 1, 2, 3. Interface clara, em Português e acesso rápido às principais funções. MOBILIDADE: Leve. Alça robusta e confortável. Desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência. Energia da bateria permite mais de100 choques. PRATICIDADE: Todas as operações concentradas em apenas dois botões. Pronto para usar em menos de 6 segundos. Energia entregue de até 360 Joules. Auto teste automático e funcional, ECG com cabo de 3 ou 5 vias, Desfibrilação interna. Sincronismo para cardioversão. Modo eletrocardiógrafo para impressão e eletros de 7 derivações. Alarmes inteligentes de monitoração. Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho. Peso no Máximo 7 Kg , Bateria interna duração da bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Memória: Tipo:Flash Nand,	1	R$ 28.966,67	R$ 28.966,67

	Capacidade: 2 Mbytes Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. DESFIBRILADOR Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação de choque: Por meio de p ás (adesivas) multifuncionais , Desfibrilação adulto/externa: Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,20, 30, 40 e 50, 80,100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pás internas. Garantia mínima de 02 (dois) anos contra defeito de fabricação.			

PASSA A VIGORAR:

7. DO ENVELOPE 1: "PROPOSTA DE PREÇO"

7.5. SUPRIMIDO.
7.9. SUPRIMIDO.

DO ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA – PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição	Quant.	Valor Máx. Unitário	Valor Máximo Total
4	Oxímetro de pulso com visor de LCD, indicando a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, a barra gráfica, o horário e o status da bateria. A frequência cardíaca deve estar na faixa de 30 - 250 batimentos por minutos e a saturação de oxigênio na faixa de medição de 35 a 100%. O monitor deve ser portátil,com peso aproximado de 200g. **Alimentação através de pilhas de Litium ou Pilhas Recarregáveis**. Tempo mínimo de funcionamento contínuo mínimo de 50 horas. Alarmes de áudio e tom de pulso audível. Alarmes configuráveis dos valores limites da saturação de oxigênio e da frequência cardíaca. Memória interna para armazenamento dos dados e comunicação com PC através da porta USB. O equipamento deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 sensor de oximetria reutilizável adulto e manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.	3	R$ 1.716,67	R$ 5.150,01
11	**Monitor Desfibrilador Bifásico com ECG + SPO2, Marca passo, Impressora e PNI. Apresentar grupos de funções bem definidos, interface clara em português e acesso rápido às principais funções. Tela colorida. Alça para transporte, bateria recarregável. Energia da bateria mínima de duas horas. Auto teste automático e funcional, ECG com cabo de 3 ou 5 vias, Desfibrilação interna. Sincronismo para cardioversão. Modo eletrocardiógrafo para impressão e eletros de 7 derivações. Alarmes inteligentes de monitoração com aplicação de choque por meio de pás multifuncionais, Desfibrilação adulta escala de 50 a 360 joules. Acompanhar todos os acessórios indispensáveis ao perfeito funcionamento do equipamento. Garantia mínima de 02 (dois) anos contra defeito de fabricação.**	1	R$ 28.966,67	R$ 28.966,67

Os envelopes com as propostas e documentos de habilitação devem ser protocolados **impreterivelmente até as 09h:00min do dia 31 de julho de 2014** no setor de Protocolo do Órgão Tributário da Prefeitura Municipal de Itapoá. O Município não se responsabiliza por envelopes protocolados fora do prazo, sendo inabilitadas de pronto as licitantes que perderem o horário de recebimento do protocolo, conforme edital.

Às **09h:30min do dia 31/07/2014**, a sessão de abertura dos envelopes de habilitação e proposta.

Itapoá, 17 de julho de 2014.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIAN ANGELO GRASSI
SECRETÁRIO DE SAÚDE